



231700340364

湖北省普林标准技术服务有限公司

检 验 报 告

普 林
PULYN

样品受理编号：PLTC2025071198

第 2 页，共 3 页

样 品 名 称： 2%BioMAPAs 抑菌液

接 样 日 期： 2025.07.17

检 验 项 目： 抑菌性能试验

检验完成日期： 2025.07.28

一、器 材

1. 样品：2%BioMAPAs 抑菌液，批号 HOR00225071501。
2. 试验菌株：大肠杆菌（8099），由广东省食品微生物安全工程技术研究开发中心提供，取其第 6 代新鲜斜面培养物进行试验；金黄色葡萄球菌（ATCC6538），由广东省食品微生物安全工程技术研究开发中心提供，取其第 4 代新鲜斜面培养物进行试验；白色念珠菌（ATCC10231），由广东省食品微生物安全工程技术研究开发中心提供，取其第 5 代新鲜斜面培养物进行试验。
3. 培养基：营养琼脂培养基，沙堡弱琼脂培养，均购自青岛高科技工业园海博生物技术有限公司。

二、方 法

1. 检验依据：GB 15979-2024 附录 E.6.1。
2. 试验环境温度 19~21℃，相对湿度 45~60%；试验重复 3 次。
3. 试验样品的制备：原液。

三、结 果

将样品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的抑菌率数据分别用表 1、表 2、表 3 列出。

表 1 样品对大肠杆菌的抑菌效果

试验序号	样品浓度	对照组	作用 5min 的抑菌率 (%)
		菌落数 (CFU/mL)	
1	原液	2.40×10^4	>99.96
2	原液	1.75×10^4	>99.94
3	原液	2.17×10^4	>99.95
平均值	—	2.11×10^4	>99.95

注：阴性对照无菌生长。

（本页以下空白）

（转下页）